

มาตรฐานน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (มอก.1287-2538 : ISO 3696)

ลำดับ	รายการ	เกณฑ์กำหนด			ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ (บาท)
		ชั้นคุณภาพที่ 1	ชั้นคุณภาพที่ 2	ชั้นคุณภาพที่ 3	
1	ความเป็นกรด -ด่างที่ 25 องศา	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	5.0-7.5	140
2	สภาพนำไฟฟ้าที่ 25 องศา, mS/m	0.01	0.1	0.5	100
3	สารที่ถูกออกซิไดซ์ได้ในรูป O ₂ , mg/L	ไม่กำหนด	ไม่เกิน 0.08	ไม่เกิน 0.4	200
4	ความดูดกลืนแสง 254 nm	ไม่เกิน 0.001	ไม่เกิน 0.01	ไม่กำหนด	200
5	ส่วนที่เหลือจากการระเหย, mg/kg	ไม่กำหนด	1	2	320
6	ซิลิกา, mg/L	0.01	0.02	ไม่กำหนด	400
	รวม				1,360

ตัวอย่างทดสอบ 6 รายการ ใช้ตัวอย่างน้ำ 5 ลิตร

(รับตัวอย่างวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.30-16.30 น. ณ ฝ่ายสารบรรณ อาคารตัว พหลานุกรม)