

ชื่อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง : ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง - 0001
สถานที่ตั้ง : 555 ถนนอาจนรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
บุคคลที่ติดต่อ : นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรเมธีวิญญู
โทรศัพท์ : 0-2537-2000 ต่อ 5457, 0-2537-2000 ต่อ 5145
โทรสาร : 0-2537-2000 ต่อ 5334, 0-2537-2000 ต่อ 7149
E-mail : Pongsak.p@pttplc.com



ที่ วท 0303/10407

ใบรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

ได้ผ่านการประเมินความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO Guide 34 : 2009

และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง - 0001

รายละเอียดการรับรองดังขอบข่ายการรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 26 สิงหาคม 2558

หมดอายุ วันที่ : 2 เมษายน 2560

ลงชื่อ

(นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์)

ประธานกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

ขอข้ายการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

ชื่อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง : ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : 555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง - 0001

ลำดับ ที่	ประเภทของวัสดุอ้างอิง	ค่าของวัสดุอ้างอิง	ค่าความไม่แน่นอน สัมพัทธ์	วิธีทดสอบ/ เทคนิคที่ใช้
1	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม - Flash point petroleum standard	65 °C ถึง 72 °C	±1.3 %	ASTM D93 Procedure A (Pensky-Martens closed cup tester)

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 3 เมษายน 2557

ฉบับที่ 2

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี